

Объявление о запросе ценовых предложений

"03" Марта 2020 года

пос.Макаг

О проведении закупки способом ценовых предложений (в соответствии с главой 9)

Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г

1. Настоящее объявление по закупку лекарственных средств, профилактических (иммунологических, диагностических) препаратов, изделий медицинского назначения (далее-ТОВАРЫ) для Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения "Макагская центральная районная больница" разработано с целью предоставления потенциальными поставщиком полной информации об участии в закупке способом запроса ценовых предложений"

2. Место поставки товаров: Атырауская область, Макагский район, пос.Макаг, 42-участок, дом 27

3. Срок и условия поставки: В течение 2020 года по первой заявке Заказчика

Перечень закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунологических, диагностических) препаратов, изделий медицинского назначения (далее-ТОВАРЫ)

№	Наименование	Технические характеристики	ед изм	кол-во	цена	общая стоимость
1	Каталожный номер MR850 Увлажнитель	<p>размеры: не 140x173x135 мм, (без камеры); вес: 2.8 кг (без камеры), 3.1 кг (с камерой, заполненной водой); питание: 230 В, 50/60 Гц; потребляемый ток: 1.0 А макс при 230 +/- В; нагревательная пластина: 150 Вт; нагреватель шланга: 22 В, 2.73 А, 60 Вт, 50/60 Гц; нагревание нагревательной пластины при перегреве: 118 +/- 60С; отключение нагревания температурой: инвазивный режим: Установки управления температурой: инвазивный режим: - на выходе из камеры 35.5 — 420С; - вдыхательном контуре 35 — 40 0С; неинвазивный режим: - на выходе из камеры 31 — 36 0С; - вдыхательном контуре 28 — 340С; дисплей: три цифры 14 мм 7 сегментов ЖКИ; диапазон: 10 — 70 С, точность: +/- 0.30С; (в диапазоне температур 25 — 45 0С). Параметры звуковых сигналов тревоги:</p>	КОМПЛЕКТ	1	2100323	2100323

<p>2</p> <p>Каталожный номер MR340E камера увлажнителя для новорожденных и младенцев</p>	<p>сигнал повышенной влажности: немедленный звуковой сигнал при температуре на дисплее 41.0C или при температуре в дыхательном контуре превышающей 43.0C; сигнал пониженной влажности: звуковой сигнал через 10 мин при 29.50C (только в инвазивном режиме) и через 60 мин при 34.50C; уровень звукового давления: сигналы превышают 50 дБА на расстоянии 1 м. Рабочие характеристики:</p> <p>рекомендуемая темп-ра окружающей среды: 18 — 260C; рекомендуемая скорость потока: - инвазивный режим: до 60 литров в минуту; - неинвазивный режим: до 120 л/мин; минимальная скорость потока: смотрите спецификации к дыхательному контуру; увлажнение: - инвазивный режим > 33 мг/л; - неинвазивный режим > 10 мг/л; максимальное рабочее давление: смотрите спецификации к камере и дыхательному контуру; время прогрева: менее 30 мин</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>	<p>55 967</p>	<p>55967</p>
--	--	-----------	----------	---------------	--------------

В случае предоставления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешения, утверждение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленное заказчиком или организатором закула, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Ценовое предложение поставщики должны предоставить в срок до 18-00 часов 10 марта 2020 года по адресу: Атырауская область, Макатский район, пос.Макад, 42-участок, дом 27

Время вскрытия конвертов: в 10-00 часов 11 марта 2020 года по адресу: Атырауская область, Макатский район, пос.Макад, 42-участок, дом 27